



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 14.08.2017 r.

M-2375-02/2017

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów dla SP ZOZ MSW w Koszalinie.

SP ZOZ MSW w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, aby wykonawca dostarczył na czas trwania umowy zestaw komputerowy w celu podłączenia analizatora do LIS?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, aby wykonawca dostarczył na czas trwania umowy drukarkę kodów kreskowych? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrów drukarki.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, aby wykonawca dostarczył na czas trwania umowy drukarkę do raportów? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrów drukarki.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza możliwość wydruku przy pomocy termodrukarki, która może stanowić integralną część aparatu.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści w pełni automatyczny analizator oznaczający dodatkowo barwę i przejrzystość moczu, którego wydajność wynosi 225 oznaczeń na godzinę?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści analizator posiadający menu w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 6

Dotyczy zadania 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane próbki były wyposażone w zintegrowaną z probówką, stabilnie z nią połączoną (np. przy użyciu gwintu) łyżeczkę do pobierania kału umożliwiającą pobranie materiału nawet z dna z pojemnika o głębokości 7-9 cm?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 7

Dotyczy zadania 6. Czy Zamawiający wymaga, aby długość łyżeczki pobierającej była odpowiednia, aby po zmontowaniu systemu nośnik z próbką był zanurzony w odczynniku-utrwalaczu?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 8

Dotyczy zadania 6. Z uwagi na różnorodne interpretacje niektórych Wykonawców i wynikającą z tego trudność porównania ofert, prosimy Zamawiającego, aby w materiałach załączonych do oferty, Wykonawca miał obligatoryjnie wskazać miejsce, w którym występuje filtr trójwymiarowy separujący jaja, larwy i cysty z kału, a także filtr, w którym następuje eliminowanie tłuszczu.

ODPOWIEDŹ – Wykonawca może w ofercie wskazać miejsce, w którym występuje filtr trójwymiarowy.

PYTANIE NR 9

Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie Helicobacter pylorii IgA, zamiast testu Helicobacter pylorii IgM który został zamieszczony w formularzu cenowym. Test Helicobacter pylorii IgM nie występuje w sprzedaży.

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 10

Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o możliwość wpisania materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 11

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §3:

Prosimy o dookreślenie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„w przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi objętych przedmiotem umowy dostaw na określoną w umowie kwotę, umowa ulega automatycznie przedłużeniu o następne miesiące, co nie ma wpływu na pozostałe postanowienia umowy.”

Dodanie ww. zapisu spowoduje uniknięcie konieczności przedłużania umowy aneksem.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 12

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §4 ust. 1:

Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazana osoba jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

ODPOWIEDŹ – Tylko Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

PYTANIE NR 13

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §4 ust. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT, tylko *dokument dostawy*?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument

dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru, nr serii i datę ważności, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o zmianę zapisu „Na fakturze” na „Na dokumencie dostawy”.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 14

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §4 ust. 7:

W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 15

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §6 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 16

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §8 ust. 6:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 17

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §8 ust. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Byłoby to wówczas jednolite z §8 ust.9.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 18

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §8 ust. 12:

Uprzejmie prosimy o zastąpienie słowa „lub” spójnikiem „oraz”.

Konstytucyjna zasada „ne bis in idem” wskazuje, że nie można karać dwa razy w tej samej sprawie. Jeżeli Wykonawca poniesie koszt badań zastępczych, to nie powinien dodatkowo ponosić kary za opóźnienie.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 19

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. *Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.*
2. *Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.*
3. *Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.*

ODPOWIEDŹ – Nie. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia danych osobowych.

PYTANIE NR 20

Dotyczy zadania nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu analizator o zakresie liniowości (bez wstępnego rozcieńczenia):

RBC: 0 – 8 mln/ μ L,

WBC: 0 – 99.99 tys./ μ L,

PLT: 0 – 1 mln/ μ L,

HGB: 0 – 26 g/dL?

ODPOWIEDŹ – Tak, za wyjątkiem PLT. PLT zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 21

Dotyczy zadania nr 12:

Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny możliwość oceny dużych niedojrzałych komórek (Large Immature Cells - LIC)? LIC jest parametrem oceniającym wszystkie niedojrzałe komórki, bez ograniczenia do linii granulocytarnej. Parametr LIC w wartościach względnych i bezwzględnych jest raportowany na wyniku badania.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 22

Dotyczy zadania nr 7:

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania probówki PP pojemność 10 ml, stożkowe 16x100 z kołnierzem.

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 23

Dotyczy zadania nr 7:

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania sterylne probówki PS pojemność 4-5 ml, okrągłodenne, z korkiem i polem do opisu?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 24

Dotyczy rozdziału VIII, pkt. 3.3.1 SIWZ w związku z rozdziałem X, punkt 5.5.2 SIWZ
Zamawiający podzielił zamówienie na 12 części. Zamawiający winien opisać wymagania proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia dla każdej z nich. Oferent wykazując chęć uczestnictwa w postępowaniu w części nr 7, 8, 9 przy obecnych zapisach nie jest w stanie złożyć oferty ze względu na niezgodne z PZP opis w zakresie wykazu dostaw. Wykonawca biorący udział w zadaniach na dostawy produktów z zadań np. 7, 8, 9 winien wykazać się dostawami asortymentu laboratoryjnego nie zaś jak wskazuje Zamawiający – dostawami określonej ilości bliżej nieznanymi badaniami. Wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w tym zakresie oraz modyfikację zapisów.

ODPOWIEDŹ – Wykonawca biorący udział w zadaniach na dostawy produktów z zadań np. 7, 8, 9 winien wykazać się dostawami asortymentu laboratoryjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w załączniku nr 7 „wykaz dostaw” badań/testów/asortymentu w zależności od opisanego zadania.

PYTANIE NR 25

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz dostaw na kwoty nie mniejsze niż wartość składanej oferty?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 2 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 27

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do pierwszej dostawy kart charakterystyk substancji niebezpiecznych jeżeli są one dostępne, na stronie internetowej Wykonawcy, której adres zostanie podany w ofercie?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 28

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w ciągu tygodnia od podpisania umowy, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i metodyk, jeżeli są one dostępne, na stronie internetowej Wykonawcy, której adres zostanie podany w ofercie?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

- Zadanie nr 12 poz. 10, 15, 17- min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
- Zadanie nr 12 poz. 1-9, 11-13 - min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 30

Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu 12 pozycji nr 14 oraz 16, nie figurujących w katalogu produktów systemu Vidas?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 31

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu: „przystąpienie do awarii do 48h od zgłoszenia” na zapis: „przystąpienie do usunięcia awarii do dwóch dni roboczych od zgłoszenia”?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 32

Czy Zamawiający zgadza się zmodyfikować zapis SIWZ, uwzględniając w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej „Labquality”, wyłącznie parametry: Lyme IgG, Lyme IgM, Troponina HS oraz D-Dimery minimum 2 razy w roku z możliwością zdobycia certyfikatu?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu „Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (pon –pt)” na zapis „Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8-18, na podane przez wykonawcę numery telefonów”?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach pracy Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

PYTANIE NR 34

Dotyczy załącznika nr 4:

§4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienie objęte niniejszą umową w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe i ilościowe. Transport asortymentu musi być zgodny z warunkami ich przechowywania gwarantującymi stabilność i reaktywność, zalecanymi przez producenta w instrukcji użytkowania i karcie charakterystyki.

Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: bądź za pośrednictwem poczty na adres: Na fakturze, będą znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności. Odbiór każdego zamówienia będzie potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru (WZ, protokół odbioru, specyfikacja wysyłkowa lub inny dokument potwierdzający realizację zamówienia).”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi faktury nie będą już dołączane do paczki z realizowanym zamówieniem. Faktury będą każdorazowo wystawiane w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz będą przesyłane w formie elektronicznej na adres: bądź za pośrednictwem poczty. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu celem uniknięcia nieporozumień na tle realizacji przedmiotowej umowy.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 35

Dotyczy załącznika nr 4:

§5 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Faktura za dostarczony asortyment musi być opisana numerem realizowanej umowy lub numer zamówienia”?

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 36

Dotyczy załącznika nr 4:

§6 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobligowany jest do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnej wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.”?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 37

Dotyczy załącznika nr 4:

§6 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku wystąpienia wad ilościowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację, postanowienia umownego §6 ust. 10 wpisuje się w przesłanki określone w §6 ust. 9. Wady jakościowe są wadliwym towarem. Wykonawca wskazuje w dwóch postanowieniach umownych na te same przesłanki określając dla nich dwa różne terminy. W zw. z powyższym prosimy o modyfikację celem uniknięcia nieporozumień i niejasności na tle realizacji przedmiotowej umowy.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 38

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii w ciągu 48 h w dni robocze od jej zgłoszenia.”?

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 39

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 i następane (winno być §8) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji paragrafów zawartych w umowie począwszy od §7 dot. kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający najprawdopodobniej omyłkowo dwa razy powtórzył §7. Prosimy o poprawienie powyższego celem uniknięcia nieporozumień i niejasności na tle wykonywania niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 40

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 41

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 42

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 43

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 44

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 45

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.2. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 46

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.3. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 47

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.3. – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 48

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.3. – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2%?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 49

Dotyczy załącznika nr 4:

§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.4. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

ODPOWIEDŹ – W załączniku nr 4 w §7 brak jest ust. 1 pkt 1.4.

PYTANIE NR 50

Dotyczy zadania nr 1:

Poz. 32 – Prosimy o wyjaśnienie jakie badania wchodzą w skład jonogramu?

ODPOWIEDŹ – Sód, potas i chlorki/lit.

PYTANIE NR 51

Dotyczy zadania nr 1:

Poz. 33 – Czy Zamawiający dopuszcza aby w skład jonogramu wchodził Lit?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 52

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 4 – Prosimy o wyjaśnienie jakiego systemu oczekuje Zamawiający (obecnie postawione wymogi wzajemnie się wykluczają).

ODPOWIEDŹ – Zamawiający oczekuje systemu odczynników i wymaga systemu otwartego lub zamkniętego.

PYTANIE NR 53

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, moczu, osocz, płynu mózgowo-rdzeniowego lub krwi pełnej/hemolizacie krwi pełnej?

Z listy oznaczeń przedstawionej w arkuszu biochemia wynika, że Zamawiający większość oznaczeń (29 parametrów) planuje wykonywać w surowicy lub osoczu, trzy parametry

(glukoza, białko, amylaza) w moczu, a jeden parametr (HbA1c) w hemolizacie lub krwi pełnej (w zależności od metody).

ODPOWIEDŹ – Nie. Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1. Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 54

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 8 – Czy Zamawiający wykreśli ten punkt parametrów technicznych, gdyż jest on powielony w parametrach ocenianych (L.p. 6) w związku z czym jego obecność jest bezzasadna?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 8. Zmienione „Punkty do oceny kryterium funkcjonalność” stanowią załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 55

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający chłodzenie przedziału odczynników bez możliwości chłodzenia kalibratorów i kontroli?

Ze względu na charakterystykę materiału jakimi są kontrole, kalibratory i surowice pacjentów, zasady dobrej diagnostyki laboratoryjnej zalecają jak najszybsze wykonywanie oznaczeń i nieprzechowywanie na pokładzie materiałów kontrolnych, kalibracyjnych gdyż może powodować ich parowanie lub rozkład zawartych w nich substancji czego konsekwencją mogą być błędne wyniki.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuści analizator, jeżeli jest to zgodne z zaleceniem producenta.

PYTANIE NR 56

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści analizator z 7 dyszowym system mycia?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 57

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiary w 120 kuwetowych rotorach wielorazowego użytku (cały rotor wymienia się okresowo), gdzie czystość kuwet jest sprawdzana każdorazowo przed dodaniem odczynnika, a kuwety poza zakresem optycznym są automatycznie pomijane?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 58

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 15 – Czy Zamawiający wykreśli ten punkt parametrów technicznych, gdyż jest on powielony w parametrach ocenianych (L.p. 10) w związku z czym jego obecność jest bezzasadna?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1 – Analizator biochemiczny. Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 59

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 15 – Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Funkcja wykrywania skrzepu i spienienia próbki i odczynnika” jeśli oferowany analizator wyposażony jest w czujnik umożliwiający ocenę prawidłowości aspirowanego materiału, a tym samym informując użytkownika o błędzie aspiracji wynikającym zarówno z obecności skrzepu jak i wad aspiracji badanego materiału spowodowanego spienieniem próbki?

ODPOWIEDŹ – Tak, jeżeli informuje także o spienieniu odczynnika.

PYTANIE NR 60

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym dodawanie próbek (w tym citowych) i odczynników możliwe jest po wprowadzeniu analizatora w tryb pauzy (zatrzymanie ramion dozujących bez przerywania pomiarów w toku)? Analizator wstrzyma pracę ramion i umożliwi dostęp do rotora próbkowego i odczynnikowego w ciągu 30 – 40 sekund od chwili zlecenia pauzy.

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 61

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 24 – Wnosimy o odstąpienie by materiał kontrolny był dla płynu mózgowo – rdzeniowego, gdyż w zestawieniu badań nie ma informacji, że Zamawiający planuje wykonywać badania w PMR.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1. Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 62

Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego.

Poz. 32 – Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) jak w przypadku analizatora hematologicznego (Zadanie nr 2) oraz Zadania 11 i 12, a także zgodnie z §8 pkt. 9 umowy stanowiącej załącznik 4b do SIWZ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1 – Analizator biochemiczny. Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 63

Dotyczy harmonogram wykonywania wewnętrznej Qc dla parametrów biochemicznych.

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „*W przypadku testów rzadkich, szacowanie Qc należy przyjąć jak do pojedynczego oznaczenia.*”?

Czy np. w przypadku Lipazy, której jest 600 ozn. w ciągu 24 m-cy, należy uwzględnić dodatkowo 600 kontroli?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 64

Czy Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „*w przypadku szacowania ilości testów należy uwzględnić daty ważności odczynników tak, aby obejmowały cały okres trwania umowy*”? oszacowanie ilość opakowań odczynników z uwzględnieniem terminu ich trwałości po otwarciu opakowania poza pokładem analizatora? Jeżeli nie, to czy dopuszcza takie rozwiązanie, które jest ekonomiczne i wydłuża trwałość odczynników?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 65

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „*w przypadku braku terminowych dostaw odczynników czy elementów zużywalnych, akcesoriów, płynów myjących i konserwujących Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.*”? Zakres oraz terminy rozwiązania umowy Zamawiający szczegółowo określił w § 7 umowy stanowiącej Załącznik nr 4b do SIWZ.

ODPOWIEDŹ – Brak terminowych dostaw upoważnia Zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

PYTANIE NR 66

Czy po przez zapis: „*dostawca pokryje również koszty odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych potrzebnych do skonfigurowania dostarczonego analizatora biochemicznego w miejscu Zamawiającego*”, Zamawiający rozumie pakiet

startowy, o którym mowa w Lp. 1 (wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego)?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 67

Dotyczy Załącznika Nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – Zadanie 1

Lp. 2 – Czy Zamawiający rozszerzy parametry oceniane podlegające ocenie i przyzna punkty analizatorowi pracującemu z wykorzystaniem kuwet wielorazowych wymienianych cyklicznie (raz w tygodniu)?

Rozwiązanie takie jest bardziej ekonomiczne dla Użytkownika ze względu na zmniejszenie ilości odpadów stałych (kuwet jednorazowych) oraz kosztów poniesionych w związku z zakupem kuwet jednorazowych. Dodatkowo jakość i czystość proponowanych kuwet pozwala Użytkownikowi na pełne bezpieczeństwo użytkowania ze względu na prześwietlanie każdej kuwety „w locie” i przed dozowaniem odczynnika oraz pomijanie kuwety poza zakresem optycznym.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 68

Dotyczy Załącznika Nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – Zadanie 1

Lp. 3 – Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku gdy tylko jeden odczynnik poza ISE (Magnez) wymaga częstszej kalibracji niż co 7 dni?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 69

Dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla analizatora hematologicznego

Lp. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje zakres liniowości:

RBC : 0.02 to $8.00 \times 10^6/\mu\text{L}$)

WBC: 0.20 to $99.9 \times 10^3/\mu\text{L}$)

PLT: 10 to $1490 \times 10^3/\mu\text{L}$)

HGB: 0.10 to 25.0 g/dL)

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 70

Prosimy o podanie jakiego systemu do pobierania krwi (próżniowy, aspiracyjno – próżniowy oraz producent) używa Zamawiający?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający jest w trakcie przygotowywania przetargu na system do pobierania krwi. Analizator powinien pracować w systemie próżniowym jak i aspiracyjno-próżniowym.

PYTANIE NR 71

Prosimy o wyjaśnienie czy oznaczenia kontrolne będą wykonywane przez 6 dni na 2 poziomach przy czym poziom patologiczny naprzemiennie na poziomie niskim czy wysokim?

ODPOWIEDŹ – Oznaczenia kontrolne będą wykonywane przez 6 dni na 2 poziomach, codziennie kontrola – Normal, a kontrola patologiczna naprzemiennie, co drugi dzień, niska i wysoka. Np. poniedziałek – kontrola Normal i niska, wtorek – kontrola Normal i wysoka.

PYTANIE NR 72

Czy podana ilość oznaczeń uwzględnia kontrole i kalibrację?

ODPOWIEDŹ – Nie

PYTANIE NR 73

Dotyczy załącznika Nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – Zadanie 2

Lp. 8 – Czy Zamawiający wykreśli ten parametr oceniany, gdyż Zamawiający nie przewidział wykonywania retikulocytów, a nie może dokonywać zakupów odczynników, które nie są przedmiotem oferty/umowy?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 8, Zadanie 2. Zmienione punkty do oceny kryterium funkcjonalność stanowią załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 74

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów paskowych, które oznaczają kwas askorbinowy? Aktualnie żadne paski testowe dostępne na rynku nie gwarantują całkowitej eliminacji kwasu askorbinowego na wynik pomiaru, gdyż wysokie stężenia kwasu askorbinowego wpływają na stężenie glukozy, nawet przy zastosowaniu substancji zabezpieczających czy siateczki winylowej.

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 75

Dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla analizatora moczu.

Lp. 4 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, w przypadku zaoferowania pasków, które oznaczają kwas askorbinowy i mają częściową eliminację wpływu kwasu askorbinowego?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 76

Dotyczy załącznika nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – zadanie 3.

Lp. 4 – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli czułość dla pola glukozy, w systemie aparat plus pasek, wynosi 20 mg/dl, potwierdzone ulotką?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 77

Dotyczy zadania nr 4.

Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje test w którym kontrola ujemna jest w postaci rozcieńczalnika zawartego w zestawie?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 78

Dotyczy zadania nr 7.

Poz. 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki o określonej przez producenta pojemności 10 ml o wymiarach takich samych jak w SIWZ tj. Ø16x100mm?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 79

Dotyczy zadania nr 7.

Poz. 6 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki PS z korkiem i etykietą o wymiarze Ø12x92 mm?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 80

Dotyczy zadania nr 7.

Poz. 6 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki PS o wymiarze Ø12x75 mm z korkiem i etykietą?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy można podać cenę jedn. i wartości osobno dla próbek, osobno dla korków oraz osobno dla etykiet (etykiety mają inną stawkę VAT niż próbówki i korki).

ODPOWIEDŹ – Tak, pod warunkiem, że każda próbówka będzie oklejona etykietą.

PYTANIE NR 81

Dotyczy zadania nr 10.

Czy Zamawiający dopuści test RPR – Carbon z kontrolami i kartami metoda aglutynacyjną?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 82

Dotyczy zadania nr 9.

Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 5-200 µl?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 83

Dotyczy zadania nr 9.

Poz. 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 100-1000 µl?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 84

Dotyczy pkt. 1 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o bezobsługowe elektrody (Na, K, Cl, Li, Ref), wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 85

Dotyczy pkt. 6 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego oraz poz. 34 tabeli asortymentowo cenowej, Załącznik nr 3 do SIWZ:

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowany jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 86

Dotyczy pkt. 6 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego oraz poz. 34 tabeli asortymentowo cenowej, Załącznik nr 3 do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie dla jakich oznaczeń Zamawiający wymaga możliwości oznaczania w PMR i moczu?

ODPOWIEDŹ – Dla białka i dla glukozy w PMR. Mocz zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 87

Dotyczy pkt. 9 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ: Czy przez wymóg "Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora" Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 88

Dotyczy pkt. 15 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby analizator umożliwiał automatyczne udrażnianie igły pobierającej po zaaspirowaniu skrzepu?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 89

Dotyczy pkt. 21 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga również możliwości ciągłego podawania / uzupełniania odczynników w trakcie pracy, bez konieczności wprowadzania analizatora w odpowiedni tryb (stan Standby lub Stop)?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 90

Dotyczy pkt. 42 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie co ma zawierać pakiet startowy?

ODPOWIEDŹ – Minimum dwa odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne potrzebne do uruchomienia analizatora.

PYTANIE NR 91

Dotyczy wymogów zawartych pod tabelą z wymaganymi parametrami analizatora, Załącznik nr 3 do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie, czy uwzględnienie daty ważności odczynników oznacza takie skalkulowanie oferty aby była ona zgodna z informacjami zawartymi w ulotkach dla badanych parametrów dla jednego opakowania (np. odczynnik po otwarciu ma termin 7 dni w trakcie którego należy ten odczynnik zużyć, niezależnie od tego na ile części się go podzieli)?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający przez uwzględnienie daty ważności odczynników rozumie datę ważności fabrycznie zamkniętego opakowania odczynników.

PYTANIE NR 92

Dotyczy tabeli asortymentowo-cenowej, Załącznik nr 3 do SIWZ, kolumna 5:

Czy Zamawiający dopuści aby zamiast wielkości podanej w ml można było podać wielkość opakowania w ilości testów?

ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 93

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 94

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 95

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 96

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 97

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 6 ust. 9 - 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 2 dni robocze i 3 dni na 5 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 98

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 99

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 7 ust. 1 pkt.1.1 ppkt. a), d)-e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieterminowego dostarczenia” na „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 100

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 7 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. b),c), Par 7 ust. 1 pkt. 1.3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 101

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 7 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 102

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 103

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

ODPOWIEDŹ – Siedem osób.

PYTANIE NR 104

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 8 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniona treść umowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

PYTANIE NR 105

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 8 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary na 100zł?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 106

Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy.

Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

ODPOWIEDŹ –Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia danych osobowych.

PYTANIE NR 107

Dotyczy Zadania nr 2 - pkt 7 wymaganych parametrów granicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o wydajności minimum 50 oznaczeń /godzinę?

ODPOWIEDŹ – Nie.

PYTANIE NR 108

Dotyczy Zadania nr 2 - pkt 8 wymaganych parametrów granicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby liniowość oferowanego analizatora wynosiła dla: HGB do 24 g/l?

ODPOWIEDŹ – Nie.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zmianie ulegają:

Załącznik nr 3 – szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 4 – wzór umowy (zadanie 11-12)

Załącznik nr 4b – wzór umowy (zadanie 1-3)

Załącznik nr 8 – punkty do oceny kryterium funkcjonalność

Z U R O W A N I E N I A
D Y R E K T O R A
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie
mgr Daniel Bakalarz