



Certyfikat Jakości  
ISO 9001-2015

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, 30.04.2021 r.

M-2373-05/2021-P1

## Do oferentów

**Dotyczy:** Postępowanie przetargowe nr M-2373-05/2021 na „Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów, transportu personelu medycznego oraz materiałów biologicznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2021 wpłynęły poniższe zapytania:

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 439 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 1 stycznia 2021 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują: „w umowie określa się :

- 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;
- 2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:
  - a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
  - b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
- 3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;
- 4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy wszystkich obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z tym prosimy o uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do umowy.**

### Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 436 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o podanie w projekcie umowy łącznej maksymalnej wartości kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do umowy.**

### Pytanie nr 3

Zamawiający w dziale IX SWZ pkt 5 p.pkt 5) pisze, że wymaga dokumentu potwierdzającego spełnienia przez ambulansy wymagań normy PN-EN 1789 dla karetki klasy B. Następnie w zał. nr 2 do SWZ w pkt. 7 ppkt. b) pisze, że środki transportu muszą spełniać Normę PN-EN 1789 dla ambulansu klasy B. Jednak w zał. nr 2 do SWZ w pkt. 6 Zamawiający pisze: „6. Usługi będą świadczone (...) specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, samochód w klasie co najmniej A2 spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej”

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i potwierdzenie, że usługi transportu pacjentów mają być świadczone ambulansami w klasie B

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga transportu ambulansem typu A2. Zapisy zostały zmienione.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy sanitarne, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają posiadać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789+A2:2015-01, w tym homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności CE producenta pojazdów, a dokumenty te mają być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania poprawności merytorycznej treści złożonej oferty. Oznacza, że zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero na wezwanie czy też do umowy. Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych-sanitarnych na terenie wspólnotowym. Dokumentami potwierdzającymi iż pojazd ją spełnia, jest homologacja fabryczna, lub CE producenta pojazdy. Zamawiający musi mieć możliwość weryfikacji, czy pojazdy spełniają podstawowe normy prawa, w myśl złożonych przez oferentów oświadczeń, i kontrolę ich w oparciu o materiały źródłowe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że wyposażenia pojazdów przeznaczonych przez Oferenta do realizacji przedmiotu zamówienia ma być zgodne z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 dla pojazdu w wymaganej przez Zamawiającego klasie?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania poprawności merytorycznej treści złożonej oferty. Oznacza, że zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero na wezwanie czy też do umowy. Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych-sanitarnych na terenie wspólnotowym. Norma określa zaś pojazd kompletny, tj. pojazd z niezbędnym- określonym normą wyposażeniem medycznym. Pojazd bez wyposażenia NIE spełnia normy PN-EN 1789+A2:2015-01. Ponadto wymogi wyposażenia odniesione do normy PN-EN 1789+A2:2015-01 są jasne i obligatoryjne dla wszystkich Oferentów. I powodują, że oferty przez nich złożone są porównywalne ze sobą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 6**

Zgodnie z zapisami zał. nr 2 do SWZ pkt. 6, Zamawiający wymaga, aby ambulanse sanitarne były wyposażenie co najmniej: w nosze główne z pasami (..) oraz fotele kardiologiczne (...), w związku z powyższym ambulansy takie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku muszą posiadać paszport techniczny na nosze oraz fotele kardiologiczne.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp, aby spełnić powyższy wymóg należy dołączyć do oferty aktualne paszporty techniczne na nosze oraz fotele kardiologiczne będące na wyposażeniu ambulansów zaoferowanych w ofercie,

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 7**

Zamawiający w SWZ nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych, aczkolwiek w dziale IX SWZ stawia szereg wymagań dotyczących pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jednakże, stosownie do treści art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania poprawności merytorycznej treści złożonej oferty. Oznacza, że zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero na wezwanie czy też do umowy. Zamawiający w zał. nr 2 do SWZ pkt 7 pisze:

„ a) środki transportu muszą być wyposażone w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową wymaganą dla pojazdów uprzywilejowanych,

b) środki transportu muszą spełniać Normę PN-EN 1789 dla ambulansu klasy B,”

W związku z powyższym wnosimy aby poniższe dokumenty, które stanowią przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z UZP, Wykonawcy złożyli wraz z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789+A2:2015-01, w tym homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności CE producenta pojazdów

2) pozwolenie MSWiA na uprzywilejowanie w ruchu drogowym

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 h), 9 c) Zamawiający pisze: „Wykonawca (...) ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu w gotowości do pracy, (...) w tym kosztów paliwa czy wynagrodzenia kierowców.” Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia mają być w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, a koszt pozostawiania ich w gotowości ma być w kalkulowany w cenę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie pojazdy zaoferowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia mają posiadać decyzję/opinię sanitarno – epidemiologiczną/protokół z kontroli aktualne na dzień składania ofert, a dokumenty te mają być załączone do oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów na wezwanie.**

#### **Pytanie nr 10**

W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 h), 9 c) Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego mycia i dezynfekcji środków transportu.”

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dzień składania ofert, na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent winien przedstawić umowę na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym, lub dokumenty zakupu urządzeń do dezynfekcji ultradźwiękowej lub innej posiadanej na dzień składania oferty na każde wezwanie Zamawiającego ?

Uzasadnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, brak tego wymogu jest możliwym źródłem zakażenia. Obowiązkiem Zamawiającego jest możliwa weryfikacja złożonych oświadczeń Oferentów, szczególnie gdy dotyczy to sytuacji stanu epidemii.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający potwierdza, że do zadań Wykonawcy należy wyposażenie oferowanych pojazdów w atestowane butle z tlenem, w ilościach i rodzaju określonym normą PN-EN 1789+A2:2015-01 oraz uzupełnianie tlenu w karetkach?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 13**

W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 k) Zamawiający pisze: „ k) butle z tlenem muszą posiadać ważną legalizację.” Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga atestowanych butli oraz umowy zawartej między Wykonawcą a dystrybutorem gazów medycznych, a umowa ta ma być załączona do oferty ?

Uzasadnienie: chodzi o uniknięcie sytuacji gdzie butle są nieatestowane, a zamiast tlenu medycznego używa się wielokrotnie tańszego, np. technicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma być na dzień złożenia ofert podmiotem leczniczym?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 15**

W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 n), 9 d) Zamawiający pisze: „Wykonawca przez okres obowiązywania umowy ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją środków transportu, systemu lokalizacji pojazdów (...)”. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie pojazdy zaoferowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia mają być wyposażone w system GPS, a umowa lub dokument potwierdzający instalację ma być załączony do oferty ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma posiadać własną dyspozytornię, czynną 24h we wszystkie dni roku, z kontaktem telefonicznym, umożliwiającym przyjmowanie od Zamawiającego zleceń wyjazdów transportu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości kontaktu 24h we wszystkie dni z zespołem dyżurnym Wykonawcy.**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający potwierdza, że transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami określonymi w:

- Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki pobierania krwi i jej składników, badań, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby transport krwi odbywał się zgodnie z wymogami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający potwierdza, że na wyposażeniu pojazdu do transportu materiału biologicznego powinna znajdować się lodówka przeznaczona do transportu krwi, która musi spełniać wymogi określone w aktach prawnych przytoczonych w pytaniu poprzednim.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent dla potwierdzenia zgodności oferowanego wyposażenia, winien na każde wezwanie Zamawiającego dostarczyć informację o modelu i nr/symbolu homologacji oferowanych lodówek?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, na wezwanie.**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający potwierdza, że lodówki zapewniane przez oferenta muszą posiadać możliwość stałej, w całym czasie transportu i jazdy kontroli temperatury i jej zapisu?

Uzasadnienie dla pytań dot. transportu materiału biologicznego (krwi):

- a) Transportowanie krwi i jej składników winno się odbywać w temperaturach: KKCz – od 20 C do 60 C,
- b) KKP – od 200 C do 240 C,
- c) FFP – zamrożone co najmniej – 180 C,
- d) Czynniki krzepnięcia – od 20 C do 100 C
- e) W SIWZ nie ma określonych dokumentów ani wymogów, dokumentów, pozwalających na zweryfikowanie czy do przewozu Oferent daje drogą, profesjonalną lodówkę, czy nie atestowaną lodówkę z hipermarketu.
- f) Homologowana lodówka z regulacją temperatury, i zapisem jej wartości temperatury w całym czasie przewozu jest obligatoryjnym wymogiem w/w rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

g) Koszt zakupu 1 szt. takiej lodówki to koszt ponad 6tyśzł, bez tego wymogu można oferować zaś lodówki z hipermarketów za 40zł. Nie ma zaś w SIWZ wymogu pozwalającego na stwierdzenie, czy deklarowane przez Oferenta lodówki spełniają wymogi przytoczonych rozporządzeń.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga systematycznej kontroli temperatury w czasie transportu krwi zgodnie z Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.**

Elżbieta Czeszewska

.....  
Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie