



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 27.01.2021 r.

M-2373-12-10/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-12/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 84

Dotyczy Dział XI wadium

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 85

Dotyczy zadanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 86

Dotyczy zadanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann w rozmiarze CH8 - CH22?

Odpowiedź – Zamawiający dopuści cewniki Tiemann w rozmiarze CH14-CH22

Pytanie nr 87

Dotyczy zadanie 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu i kolorystycznym na konektorze?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 88

Dotyczy zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej mikrochropowatej z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 89

Dotyczy zadanie 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z włosiem wykonanym z polietylenu i miękką gąbką poliuretanową?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 90

Dotyczy zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szpatułki laryngologiczne w rozmiarze 150x17mm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 91

Dotyczy zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przedłużacz do pomp o średnicy zew. 2,65mm i wew. 1,45mm?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 92

Dotyczy zadanie 17 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje 100 opakowań a'1szt?

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje 100 opakowań a'144 szt.

Pytanie nr 93

Dotyczy zadanie 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 94

Dotyczy zadanie 19 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o perforacji co 37,5cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 95

Dotyczy zadanie 19 poz. 1-2

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka ma na myśli rolkę o długości 50m?

Odpowiedź – Tak

Pytanie nr 96

Dotyczy zadanie 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 50m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości (w przypadku oczekiwania innej długości rolki)?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 97

Dotyczy zadanie 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 80m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości (w przypadku oczekiwania innej długości rolki)?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 98

Dotyczy zadanie 19 poz. 3-4

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka ma na myśli rolkę o długości 40m?

Odpowiedź – Tak

Pytanie nr 99

Dotyczy zadanie 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 40m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości (w przypadku oczekiwania innej długości rolki)?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 100

Dotyczy zadanie 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 25m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości (w przypadku oczekiwania innej długości rolki)?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 101

Dotyczy zadanie 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 102

Dotyczy zadanie 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 103

Dotyczy zadanie 19 poz.5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 104

Dotyczy zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, dwuwarstwowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 105

Dotyczy zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, dwuwarstwowy fartuch chirurgiczny z makietami o długości 7,5cm?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 106

Dotyczy zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w serwetę włókninową?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 107

Dotyczy zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M, L, XL i XXL?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 108

Dotyczy zadanie 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej z makietami o długości 7,5cm?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 109

Dotyczy zadanie 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w serwetę włókninową?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 110

Dotyczy zadanie 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści serwety trzywarstwowe o gramaturze 75g/m²?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 111

Dotyczy zadanie 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 112

Dotyczy zadanie 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści trzywarstwową serwetę jałową o wymiarach 90cm x 120cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 113

Dotyczy zadanie 21 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 114

Dotyczy zadanie 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę jałową z możliwością regulacji średnicy otworu w wymiarze 45cm x 75cm?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 115

Dotyczy zadanie 21 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści serwety trzywarstwowe o gramaturze 75g/m²?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 116

Dotyczy zadanie 21 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź –Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 117

Dotyczy zadanie 21 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 118

Dotyczy zadanie 21 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 119

Dotyczy zadanie 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 120

Dotyczy zadanie 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 121

Dotyczy zadanie 23 poz. 1-15

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu w języku polskim i opakowanie zewnętrzne folia – papier?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 122

Dotyczy zadanie 23 poz. 1-15

Czy Zamawiający wymaga aby saszetki posiadały szeroki makiet nie posiadający sklejonnych brzegów ułatwiający sprawne otwarcie saszetki o długości min 2 cm?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 123

Dotyczy zadanie 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 124

Dotyczy zadanie 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 125

Dotyczy zadanie 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 126

Dotyczy zadanie 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z folii polietylenowej?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 127

Dotyczy zadanie 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę 2000 opak kieliszków a'90 sztuk?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 128

Dotyczy zadanie 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m²?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 129

Dotyczy zadanie 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 116 cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 130

Dotyczy zadanie 38 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 131

Dotyczy zadanie 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny o wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 132

Dotyczy zadanie 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 133

Dotyczy zadanie 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarki wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 134

Dotyczy zadanie 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z polietylenu?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 135

Dotyczy zadanie 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2cm, z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki)?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 136

Dotyczy zadanie 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału włókninowego Molton o gramaturze 75 g/m², miękką, bez zawartości środka myjącego?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 137

Dotyczy zadanie 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o chłonności min. 1177ml?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 138

Dotyczy zadanie 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 25 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 139

Dotyczy zadanie 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 140

Dotyczy zadanie 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowego użytku tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 141

Dotyczy zadanie 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowego użytku w kolorze zielonym lub białym?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 142

Dotyczy zadanie 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond z dwustopniowym systemem aplikacji tj.2 mocowania do skóry i 2 mocowania cewnika?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 143

Dotyczy zadanie 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hypoalergiczny do mocowania cewników donosowych tylko w rozmiarze 7cmx 7,1cm?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 144

Dotyczy zadanie 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hypoalergiczny do mocowania cewników donosowych pakowany w standardowy kartonik po 50 sztuk z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie