



Certyfikat Jakości  
ISO 9001-2015

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 27.01.2021 r.

M-2373-12-11/2020

## Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-12/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

### Pytanie nr 145

Dotyczy zadania nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną, nie zawierającą PCV oraz szkodliwych ftalanów, przezroczysta kopia zapewniająca doskonałą widoczność wykonana z TPU?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 146

Dotyczy zadania nr 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE – o mlecznym zabarwieniu?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 147

Dotyczy zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną skalowaną co 2 cm?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 148

Dotyczy zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści informację o rozmiarze rurki w trzech miejscach?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 149

Dotyczy zadania nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli myjkę suchą bez mydła?

**Odpowiedź – Tak**

### Pytanie nr 150

Dotyczy zadania nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady o min. chłonności 1700ml?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 151**

Dotyczy zadania nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę mikrobiologicznie czystą?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 152**

Dotyczy zadania nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 153**

Dotyczy zadania nr 24

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 24 nici w pojedynczym aluminiowym opakowaniu sterylizacyjnym. Czy rozumieć przez to należy, że nić po wyciągnięciu z opakowania zbiorczego (pudełka) ma być zapakowana jedynie w pojedyncze opakowanie aluminiowe? Taki sposób pakowania ułatwia wyciągnięcie nitki ze sterylnego opakowania i jednocześnie zapewnia, aby raz wyciągnięta nitka, która znalazła się na sterylnym stole, nie trafiła z powrotem w obszar niesterylny.

**Odpowiedź – Tak**

**Pytanie nr 154**

Dotyczy zadania nr 24

Zamawiający w zadaniu nr 24 wymaga pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Proszę o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby wymienione parametry nici były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki tj. od jej wyciągnięcia z opakowania zbiorczego aż po wyciągnięcie z ostatniego opakowania, tak aby produkt bez opakowania znajdujący się na sterylnym stole był nadal w pełni identyfikowalny. Eliminuje to ryzyko użycia niewłaściwego szwu w polu operacyjnym.

**Odpowiedź – Tak**

**Pytanie nr 155**

Dotyczy zadania nr 24 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz. 1 i 2 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Przy tak dużym rozmiarze igły (36mm) i dużej średnicy szwu (USP: 1 i 0) rekomendujemy igły wzmocnione, aby zmniejszy ryzyko ich wygięcia.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 156**

Dotyczy zadania nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz. 1 dopuści szew o długości 70cm?.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 157**

Dotyczy zadania nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz. 3 dopuści igłę okrągłą 26mm przy pozostały parametrach zgodnych z SIWZ?.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie nr 158**

Dotyczy zadania nr 24 poz. 3

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o dopuszczenie dla pozycji nr 3 igły okrągłej wzmocnionej 27mm.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie nr 159**

Dotyczy zadania nr 25

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 25 nici w pojedynczym aluminiowym opakowaniu sterylizacyjnym. Czy rozumieć przez to należy, że nić po wyciągnięciu z opakowania zbiorczego (pudełka) ma być zapakowana jedynie w pojedyncze opakowanie aluminiowe? Taki sposób pakowania ułatwia wyciągnięcie nitki ze sterylnej opakowania i jednocześnie zapewnia, aby raz wyciągnięta nitka, która znalazła się na sterylnym stole, nie trafiła z powrotem w obszar niesterylny.

**Odpowiedź – Tak**

### **Pytanie nr 160**

Dotyczy zadania nr 25

Zamawiający w zadaniu nr 25 wymaga pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Proszę o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby wymienione parametry nici były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki tj. od jej wyciągnięcia z opakowania zbiorczego aż po wyciągnięcie z ostatniego opakowania, tak aby produkt bez opakowania znajdujący się na sterylnym stole był nadal w pełni identyfikowalny. Eliminuje to ryzyko użycia niewłaściwego szwu w polu operacyjnym.

**Odpowiedź – Tak**

### **Pytanie nr 161**

Dotyczy zadania nr 26 poz.1-5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 26 poz. 1-5 dopuści szwy Serafit, renomowanego niemieckiego producenta, które sterylizowane są tlenkiem etylenu przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Wymagany sposób sterylizacji (promieniowanie gamma) właściwy jest tylko dla szwów szybko wchłaniających. Poprzez taki sposób sterylizacji osłabia się strukturę szwów dzięki czemu osiąga się tzw. „rapidy”. Ten rodzaj szwów wymagany jest już w zadaniu nr 25. W zadaniu nr 26 wymaga się plecionki wchłaniającej o standardowym czasie wchłaniania, w związku z czym sterylizacja promieniami gamma nie może być zastosowana.

**Odpowiedź – Tak**

### **Pytanie nr 162**

Dotyczy zadania nr 26

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 26 nici w pojedynczym aluminiowym opakowaniu sterylizacyjnym. Czy rozumieć przez to należy, że nić po wyciągnięciu z opakowania zbiorczego (pudełka) ma być zapakowana jedynie w pojedyncze opakowanie aluminiowe? Taki sposób pakowania ułatwia wyciągnięcie nitki ze sterylnej opakowania i jednocześnie zapewnia, aby raz wyciągnięta nitka, która znalazła się na sterylnym stole, nie trafiła z powrotem w obszar niesterylny.

**Odpowiedź – Tak**

**Pytanie nr 163**

Zamawiający w zadaniu nr 26 wymaga pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Proszę o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby wymienione parametry nici były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki tj. od jej wyciągnięcia z opakowania zbiorczego aż po wyciągnięcie z ostatniego opakowania, tak aby produkt bez opakowania znajdujący się na sterylnym stole był nadal w pełni identyfikowalny. Eliminuje to ryzyko użycia niewłaściwego szwu w polu operacyjnym.

**Odpowiedź – Tak**

Elżbieta Czeszewska

.....  
Dyrektor  
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie