



Certyfikat Jakości  
ISO 9001-2015

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 27.01.2021 r.

M-2373-12-12/2020

## Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-12/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

### Pytanie nr 164

Dotyczy zadania 45,44

Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 165

Dotyczy zadania 42

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 49 cm, składający się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m<sup>2</sup>, z kieszenią na dole i trokami do zawiązania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 166

Dotyczy zadania 42

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 54 cm x 60 cm (+/- 1cm), składający się z warstwy chłonnej bibuły wzmocnionej warstwą folii, troki w górnej części, dolna część bez kieszeni, pakowane po 80 szt. na rolce?

**Odpowiedź – zgodnie z SIWZ**

### Pytanie nr 167

Dotyczy zadania 42

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 48 cm, składający się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, z kieszenią na dole 14 cm i trokami do zawiązania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 168

Dotyczy zadania 39

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m<sup>2</sup> wykonane z włókniny PP?

**Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 169**

Dotyczy zadania 38, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 170**

Dotyczy zadania 36

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 171**

Dotyczy zadania 35

Czy zamawiający oczekuje opakowań po 75 szt.? Jeżeli nie, to czy dopuści wycenę za 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 172**

Dotyczy zadania 33, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemność min. 800 ml?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 173**

Dotyczy zadania 33, poz. 3

Czy zamawiający dopuści pojemność ok. 700 ml?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 174**

Dotyczy zadania 22, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga, dopuszcza**

**Pytanie nr 175**

Dotyczy zadania 22, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga, dopuszcza**

**Pytanie nr 176**

Dotyczy zadania 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

**Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 177**

Dotyczy zadania 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga kolor niebieski?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga, dopuszcza**

**Pytanie nr 178**

Dotyczy zadania 20, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga, dopuszcza**

**Pytanie nr 179**

Dotyczy zadania 20, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź – Zamawiający wydzieli poz. 4-6 z zadania 20 do osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 180**

Dotyczy zadania 20, poz. 2

Czy zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

**Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ**

**Pytanie nr 181**

Dotyczy zadania 20, poz. 1

Czy zamawiający wymaga wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ**

**Pytanie nr 182**

Dotyczy zadania 20, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe po 100 szt.?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 183**

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ**

**Pytanie nr 184**

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ**

**Pytanie nr 185**

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ**

**Pytanie nr 186**

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 187**

Dotyczy zadania 19, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wymiar 160 cm x 210 cm?

**Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ**

**Pytanie nr 188**

Dotyczy zadania 17

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 189**

Dotyczy zadania 13, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 190**

Dotyczy zadania 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie papier – folia?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza**

Elżbieta Czeszewska

.....  
Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie