



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, 31.08.2022 r.

M-2373-08/2022

Do oferentów

Dotyczy: postępowania przetargowego nr M-2373-08/2022 na „**Zakup i sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla działu Farmacji szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie**”

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania przetargowego nr M-2373-08/2022 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 1

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokolidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielającą się tkanką martwiczą. Tuba 15g z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym. Rozmiar 12,5x12,5cm pakowany a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym. Rozmiar 10x10cm pakowany po 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokolidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania

odcisnąć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty. Rozmiar 19 cm x 20 cm, rozmiar wkładu chłonnego 12,5cm x 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 4, poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie II a reg.7?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 4, poz. 20, 22

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 4, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1/2m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 4, poz. Jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Zadanie 4, poz. 3-8,20-22

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-8,20-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Zadanie 4

Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z SWZ, jednakże pakowane po 10 szt z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie nr 4

Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Zadanie nr 4

Poz. nr 19 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie nr 4

Poz. nr 19 - Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z SWZ, jednakże pakowane po 20 szt z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Daniel Bakalarz

.....
Główny Księgowy SP ZOZ MSWiA
w Koszalinie