

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zadanie nr 3

Producent/Firma:

Urządzenie:

Typ:

Model:

Nr katalogowy:

Lp.	Opis parametru	Parametr graniczny	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Lampa szczelinowa z osłoną wraz ze stolikiem			
1	Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2022	Tak	
2	Rok produkcji	podać	
3	Kraj pochodzenia	podać	
4	Typ Zeiss	TAK	
5	Typ okulara: konwergencyjny okular Galileusza	TAK	
6	Powiększenie okulara: min 13,5x	TAK	
7	Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 5D	TAK	
8	Minimum trzy powiększenia bez zmiany okulara: 10x, 16x, 25x,	TAK	
9	Pola obserwacji (20mm, 13mm, 8mm)	TAK	
10	Wysokość szczeliny regulowana bezstopniowo w zakresie minimum 0,5mm do 15mm	TAK	
11	Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0 – 15 mm	TAK	
12	Filtry: niebieski, absorbujący ciepło, zielony (bezczerwienny)	TAK	
13	Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie minimum 45 – 81 mm	TAK	
14	Podbródek z fiksatorem zintegrowany z podstawą wózka lampy szczelinowej	TAK	
15	Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 80mm	TAK	
16	Źródło światła: dioda LED	TAK	
17	Zakres ruchu prawo-lewo, przód-tył wózka lampy szczelinowej: minimum 100mm	TAK	
18	Zakres ruchu drobnego (wywołanego joystickiem) minimum Φ 15mm	TAK	
19	Zakres ruchu góra-dół: minimum 30mm	TAK	
20	Regulacja natężenia świecenia lampy na korpusie lampy	TAK	
21	Zasilanie: AC 100 - 240 V, 50/60Hz - zasilacz	TAK	
22	Waga lampy szczelinowej z podstawą i podbródkiem (bez stolika): maximum 15kg	podać	
23	W zestawie stół z blatem na jedno urządzenie wyposażony w 4 kółka jezdne. Wielkość blatu min. 630x440mm. Zakres regulacji blatu min. 730-980mm. Nośność stołu min. 60kg. Wyposażony w min. 1 gniazdo 230V do podłączenia urządzeń.	TAK	

WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1	Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] <i>UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że udzielenie gwarancji poniżej 24 m-cy będzie stanowiło odrzucenie oferty.</i>	Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 20 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.	
2	Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)	TAK	
3	W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.	TAK	
WARUNKI SERWISU			
1	W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.	TAK	
2	Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego	TAK	
3	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]	TAK	
4	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok	TAK	
5	Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy	TAK	
6	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii,	TAK	
7	Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)	TAK	

8	Sprzęt/ły nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy	TAK	
SZKOLENIA			
1	Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzętu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie.	TAK	
2	Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem”	TAK	
3	Liczba i okres szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urządzenia, dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, <i>Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach</i>	TAK	
DOKUMENTACJA			
1	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych	TAK	
2	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie),	TAK	

Uwagi i objaśnienia:

Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.