



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, 17.08.2022 r.

M-2375-125/2022-P2

Do oferentów

Dotyczy: zapytania ofertowego nr M-2375-125/2022 na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego nr M-2375-125/2022 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

dotyczy Załącznika nr 2 pkt 3 „WARUNKI SERWISU” – Zadanie 1 (Autorefraktometr z keratometrią), Zadanie 2 (Tonometr z pachymetrią), Zadanie 3 (Lampa szczelinowa z osłoną wraz ze stolikiem)
Czy Zamawiający może doprecyzować, że czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” odbędzie się w ciągu ≤ 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza że czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” odbędzie się w ciągu ≤ 72 godzin w dni robocze.

Pytanie nr 2

dotyczy rozdz. III. SWZ - Termin i realizacja zamówienia:

Czy Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuż termin realizacji umowy do 8 tygodni od daty podpisania umowy pod warunkiem, że Wykonawca od dnia 01.09.2022r. na czas oczekiwania na dostawę wstawi urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymagane?

Pytanie nr 3

dotyczy rozdz. III. SWZ - Termin i realizacja zamówienia (Zadania 1 - Autorefraktometr z keratometrią i Zadania 3 - Lampa szczelinowa z osłoną wraz ze stolikiem):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy, przy czym na czas oczekiwania na dostawę Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymagane?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy pod warunkiem, że Wykonawca od dnia 01.09.2022r. na czas oczekiwania na dostawę wstawi urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymagane.

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie